

Kraków, 30 sierpnia 2017r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-19/17

Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa odczynników"

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Dotyczy wzoru umowy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar za zwłokę w dostawie z 10% na 3% brutto nie dostarczonej części zamówienia za dzień?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na następującą modyfikację paragrafu 6 ust. 2 projektu umowy:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 7% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w §9 ust. 3 z uwzględnieniem ust. 4.”

Dotyczy Pakietu nr 1:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział pakietu na podłoża i paski z gradientem stężeń antybiotyków Takie rozwiązanie pozwoli na udział większej liczbie Oferentów, a Zamawiającemu pozwoli uzyskać bardziej konkurencyjne ceny.

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy Pakietu nr 2:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie krążków antybiotykowych z min. 12 miesięcznym terminem ważności?

Odpowiedź: Tak.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie krążków antybiotykowych, które nie posiadają pozytywnej opinii KORLD?

Odpowiedź: Nie.

3. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu opakowania typu blister dla poz. 55 z tabeli 2 ?

Odpowiedź: Nie.

Dotyczy Pakietu nr 4:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 11 soli fizjologicznej w probówkach szklanych, kompatybilnych z densytometrem ERBA Lachema Densi LA meter o wymiarach probówki 11x16x113 mm?

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie ul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dzieciecyszpital.pl Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO
9001:2008

Odpowiedź: Tak.

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 14,15,17 odczynników w 2 ml probówkach plastikowych?

Odpowiedź: Tak.

Odpowiedzi do pytań i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa Zamawiającego
- ✓ a/a

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dziecieczszpital.pl Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO
9001:2008