

Kraków, 16 listopada 2017r.

wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-29/17

Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa medycznego sprzętu jednorazowego użytku"

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j.) udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytania I

Pakiet 3, poz.1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 0,1 µm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 3, poz.1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 0,1 µm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 3 paskami radiocieniującymi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę z 4 paskami radiocieniującymi? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 2, poz.1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w następujących rozmiarach:

22G 0,8 x 25 mm przepływ 38 ml/min

20G 1,0 x 32 mm przepływ 64 ml/min

18G 1,2 x 32 mm przepływ 110 ml/min

17G 1,5 x 45 mm przepływ 140 ml/min

Odpowiedź: Tak.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dzieciecyszpital.pl Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO
9001:2008

Pakiet 2, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej z portem bocznym umieszczonym **symetrycznie w osi skrzydełek**. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny **plastikowy** zatrząsk zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z **zastawką antyzwrotną** pełniącą tę samą funkcję co hydrofobowy filtr. Minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Bezpośrednio na kaniuli umieszczone **logo producenta**, na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym nazwa producenta i nazwa materiału z którego kaniula została zrobiona. Oznaczenie przepływu na opakowaniu. Rozmiar: 24G /0,7 x 19 mm - żółta przepływ 22 ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

Pakiet 2, poz. 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylniej bezpiecznej z portem bocznym umieszczonym **symetrycznie w osi skrzydełek**. Wykonana z poliuretanu wyposażona w automatyczny **plastikowy** zatrząsk zabezpieczający igłę przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po użyciu igły. Przejrzysty uchwyt zamykany koreczkiem z **zastawką antyzwrotną** pełniącą tę samą funkcję co hydrofobowy filtr. Minimum 4 paski kontrastujące w RTG. Bezpośrednio na kaniuli umieszczone **logo producenta**, na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym nazwa producenta i nazwa materiału z którego kaniula została zrobiona. Oznaczenie przepływu na opakowaniu. Rozmiar: 20G /1,0 x 32mm mm – różowy przepływ 64ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

Pakiet 2, poz. 8

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,9 x 40 zamiast 0,9 x 38 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 2, poz. 9

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,8 x 40 zamiast 0,8 x 38 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 2, poz. 10

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,7 x 40 zamiast 0,7 x 38 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Tak.

Pytania II

1. Czy zamawiający dopuści w Pakiecie 4 poz. 2 elektrody EKG okrągłe o średnicy 25 mm lub prostokątne o wymiarze 36x31 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza elektrody EKG okrągłe o średnicy 25mm.

2. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 poz. 3 elektrody o średnicy 30 mm?

Odpowiedź: Tak.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie ul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dzieciecyszpital.pl Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO
9001:2008

3. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 poz. 4 elektrody o wymiarze 55x 41mm?

Odpowiedź: Tak.

4. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 poz. 5 i 6 elektrody okrągłe o średnicy 30 lub 50mm?

Odpowiedź: Nie.

5. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie 4 poz. 29 przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez pomiaru ciśnienia?

Odpowiedź: Nie.

6. Czy Zamawiający dopuści stazę z możliwością dezynfekcji?

Odpowiedź: Tak.

7. Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 4 poz. 39-40 i utworzy z nich osobny Pakiet?

Odpowiedź: Nie.

Pytania III

Czy Zamawiający dopuści w **poz. 2** elektrodę EKG o średnicy 24 mm, długość kabla 60 cm ?

Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający dopuści w **poz. 3** elektrodę FES- 30A fi 30 , żel stały, pianka PE albo o FES-3628C – prostokąt 36x28mm, żel stały, pianka PE.

Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający dopuści w **poz. 4** FES-5541C rozmiar 55X41mm z przecięciem i otworkiem do przełożenia kabla.

Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający dopuści w **poz. 5** FES-4137B , średn. 37mm z wypustką ułatwiającą naklejanie.

Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający dopuści w **poz. 6** FES 4543B , średn. 43 mm z wypustką ułatwiającą naklejanie.

Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający dopuści w **poz. 7** CE-S55A sr. 55 mm, włóknina , żel stały.

Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający dopuści w **poz. 18** opaski pakowane po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym czyli 3 op.

Odpowiedź: Tak.

Czy Zamawiający w **poz. 37** ma na myśli serwetę niesterylną.

Odpowiedź: Zamawiający w poz. 37 miał na myśli serwetę sterylną (jałową).

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie ul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dziecieczszpital.pl Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO
9001:2008

Pytania IV

Pakiet 4, pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG o średnicy 25 mm, spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4, pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG okrągłe o średnicy 30 mm, spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4, pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG okrągłe o średnicy 50 mm, spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG okrągłe o średnicy 30 mm, spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4, pozycja 6-7 – Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG okrągłe o średnicy 50 mm, spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 4, pozycja 19 – Czy Zamawiający dopuści w ramach produktu równoważnego hydroaktywny opatrunek, którego główną część składową stanowi otoczony celulozą i ligniną, wyjątkowo chłonny poliakrylan (SAP). Z aktywowanym roztworem Ringera poliakrylanem (SAP) powiązana jest substancja antybakteryjna biguanid poliheksametylenowy (PHMB). Warstwa kontaktowa składa się z powłoki polipropylenowej z paskami silikonowymi, która dodatkowo zapobiega sklejeniu się z raną. Po stronie nie przylegającej do rany wodoszczelna folia polipropylenowa zapobiega przedwczesnemu wysychaniu opatrunku. W ten sposób wilgoć może być oddawana do rany nawet przez trzy dni. Równocześnie folia zapobiega przemakaniu opatrunku. Bez nacięcia w rozmiarze 7,5 x 7,5 cm op. 10 szt. z przeliczeniem ilości do 18 opakowań?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 4, pozycja 35 – Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową samoprzylepną 50x75 z otworem okrągłym o śr. 7 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4, pozycja 36 – Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową samoprzylepną 50x75 z otworem owalnym o wymiarach 6 cm x 8 cm ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4, pozycja 37 – Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową 45x45 ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4, pozycja 41 – Czy Zamawiający wymaga wzierników pakowanych w kartonik w formie podajnika?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie ul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dziecieczszpital.pl Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO
9001:2008

Pytania V

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do pobierania płynu infuzyjnego z butelek wyposażony w filtr powietrza 1,2 μm , nie posiadający zastawki?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga filtra bakteryjnego 0,45 μm (zatyczka – kolor zielony).

Pakiet 4 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

Pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający ma na myśli elektrody EKG o następujących parametrach:

- typ: noworodkowa z przewodem, jednokrotnego użycia, niesterylna
- materiał bazowy: miękka pianka polietylenowa
- żel: hydrożel
- czujnik: Ag/AgCl
- kształt: owalna
- rozmiar: 23 x 23 mm
- zakończenie przewodu: DIN 42802-1, średnica 1,5 mm



Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody żelowane j.uż. EKG o średnicy 30 mm, pozostałe parametry

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dzieciecyszpital.pl Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO
9001:2008

zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody żelowane j.uż. EKG prostokątne w rozmiarze 55x41 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści elektrody żelowane j.uż. EKG okrągłe w rozmiarze 41x37 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 4 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści elektrody żelowane j.uż. EKG okrągłe w rozmiarze 45 x 43 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ.

Pakiet 4 poz. 10-13

Czy Zamawiający dopuści maski anestetyczne do resuscytatorów wykonane z PCV, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Tak, jeśli nie zawierają ftalanów.

Pakiet 4 poz. 16

Czy Zamawiający dopuści bezpieczny nakłuwacz automatyczny rozm. 2,4 mm w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem do 80 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach SIWZ.

Pakiet 4 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści nożyczki ostre/tępe metalowe, 15 cm?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4 poz. 18

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci i dorosłych w opakowaniu a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4 poz. 21-22

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych o średnicy 2,0 mm i długości 25 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 4 poz. 23

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych o średnicy 3,3 mm, długości 35 cm?

Odpowiedź: Nie.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie ul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dziecieczszpital.pl Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO
9001:2008

Pakiet 4 poz. 24-25

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych o średnicy 4,7 mm, długość 36 cm?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 4 poz. 29

Czy Zamawiający ma na myśli przyrząd do przetaczania z możliwością pomiaru osrodkowego ciśnienia żylnego?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4 poz. 32

Czy Zamawiający dopuści stazę automatyczną z możliwością dezynfekcji?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4 poz. 41

Czy Zamawiający dopuści wzierniki laryngologiczne j.u. 2,5 mm?

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 4 poz. 45

Czy Zamawiający dopuści zestaw nebulizator+ dren + maseczka standardowa dla dzieci?

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji.

Odpowiedź: Tak., ale o masce dla dzieci, a nie noworodków.

Pakiet 4 poz. 19, 35-36

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody w powyższym zakresie.

Pakiet 4 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 50cm x 75cm z otworem okrągłym o średnicy 7 bądź 6 x 8cm?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4 poz. 35

Czy Zamawiający dopuści serwetę samoprzylepną w rozmiarze 45cm x 75cm z otworem okrągłym 6 x 8cm?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4 poz. 36

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75 x 90 z otworem okrągłym o średnicy 6 x 8cm bądź 7cm?

Odpowiedź: Tak.

Pakiet 4 poz. 37

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści serwetę jałową w powyższym rozmiarze.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie ul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dziecieczszpital.pl Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO
9001:2008

Pytania VI

Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

1. Czy dla pakietu 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §5 ust. 1 do 0,5% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 3% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień opóźnienia w dostawie.

2. Czy dla pakietu 5 Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z zapisu §5 ust. 2 do 1% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej do wysokości 8% wartości brutto niedostarczonego w terminie towaru, w przypadku nie dostarczenia przez Wykonawcę tego towaru, jeżeli opóźnienie będzie trwało dłużej niż 3 dni od dnia uzgodnionego jako dzień dostawy, jak też w przypadku wymiany towaru na pełnowartościowy, o którym mowa w §8 ust. 3 projektu umowy.

Odpowiedzi do pytań i modyfikacja treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:

- ✓ strona internetowa Zamawiającego
- ✓ a/a

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowieul. Strzelecka 2, 31 – 503
Kraków, Biuro Dyrekcji: tel.(12)6198601, fax.(12)6198610, email:info@dziecieczszpital.pl Konto: Bank PeKaO
SA, O/Kraków, Rynek Główny 47, Nr: 06 1240 689 1111 0000 5143 2083



Szpital akredytowany



Certyfikat ISO
9001:2008